

Clearblue® DIGITAL

Zwangerschapstest

met WEKENINDICATOR

- Als u de test uitvoert vanaf de dag dat uw menstruatie zou moeten beginnen, kunt u op elk moment van de dag testen of u zwanger bent.
 - Als u de test uitvoert vóór de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen, gebruikt u de eerste urine van de dag.
 - Voor een nauwkeurige uitslag van de wekenindicator moet u de eerste urine van de dag gebruiken.
 - Drink niet te veel voordat u de test uitvoert.
- Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u een test uitvoert.

1 Test uitvoeren

Wanneer u klaar bent voor de test, haalt u het teststaafje uit de folieverpakking en verwijdert u de blauwe dop. Gebruik het teststaafje direct.

METHODE 1

In uw urinestraal testen

- Houd de absorberende teststrip met het uiteinde naar beneden **Slechts 5 seconden lang in uw urinestraal.**
- Let erop dat de rest van het teststaafje niet nat wordt.
- Plaats eventueel de dop terug en leg het teststaafje plat neer.



METHODE 2

Een beetje urine opvangen in een schoon, droog potje

- Houd de absorberende teststrip met het uiteinde naar beneden **Slechts 20 seconden lang in de urine.**
- Plaats eventueel de dop terug en leg het teststaafje plat neer.



2 Wachten...

- Het wachtsymbool knippert om aan te geven dat de test wordt uitgevoerd.
- Wanneer het wachtsymbool stopt met knipperen, verschijnt uw uitslag. Als het wachtsymbool niet verschijnt nadat u de test hebt uitgevoerd, gaat u naar vraag 6 van de veelgestelde vragen.



Houd het teststaafje tijdens de test **nooit** met de absorberende teststrip naar boven.

3 Uw uitslag bekijken

De Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest is voorzien van een **wekenindicator**, die bij benadering aangeeft wanneer de bevruchting heeft plaatsgevonden. Deze informatie wordt in het venster weergegeven, samen met de uitslag 'Zwanger'.

- Binnen **3 minuten** wordt de uitslag in het venster weergegeven.
- De uitslag 'Zwanger' kan **vóór** de uitslag van de wekenindicator in het venster verschijnen. **Blijf wachten** tot het wachtsymbool stopt met knipperen om de uitslag van de wekenindicator te bekijken. Dit kan ongeveer 3 minuten duren.
- Soms verschijnt de uitslag al na 1 minuut.
- Uw uitslag blijft circa 24 uur zichtbaar in het venster.
- Als de uitslag 'Zwanger' is, maakt u een afspraak met uw huisarts. Hij of zij kan u vertellen wat u vervolgens moet doen. Uw huisarts berekent het stadium van uw zwangerschap op basis van de eerste dag van uw laatste menstruatie.
- De bevruchting treedt ongeveer twee weken voordat de volgende menstruatie zou moeten beginnen op. De wekenindicator geeft een schatting van de datum waarop de bevruchting heeft plaatsgevonden.

- De wekenindicator is 93% nauwkeurig in het vaststellen van de tijd die is verstreken sinds de bevruchting. Deze schatting wordt gebaseerd op de hoeveelheid zwangerschapshormoon hCG (humane choriongonadotrofine) in uw urine. De hCG-concentratie is voor elke vrouw verschillend. Het is dan ook mogelijk dat de wekenindicator soms een verkeerde uitslag geeft. De uitslag 'Zwanger'/'Niet zwanger' is meer dan 99% nauwkeurig wanneer de test wordt uitgevoerd vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen.

Testfouten

Lees het gedeelte 'Testfouten' als u het teststaafje hebt gebruikt en het venster geen van de uitslagen op deze pagina weergeeft.

Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Uitslag	Verstreken tijd sinds bevruchting	Zwangerschapsduur zoals de huisarts zal aangeven (op basis van een cyclus van 28 dagen)*
Niet zwanger	De uitslag is 'Niet zwanger' Ga naar vraag 13 van de veelgestelde vragen.	-
Zwanger 12	De uitslag is 'Zwanger' en u werd ongeveer 1-2 weken geleden bevrucht.	3-4 weken
Zwanger 23	De uitslag is 'Zwanger' en u werd ongeveer 2-3 weken geleden bevrucht.	4-5 weken
Zwanger 26	De uitslag is 'Zwanger' en u werd meer dan 3 weken geleden bevrucht.	5+ weken

*Uw dokter baseert de zwangerschapsduur op de eerste dag van uw laatste menstruatie, niet op de dag van de bevruchting.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

1 Hoe werkt de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest? Wanneer u zwanger bent, maakt uw lichaam het zwangerschapshormoon hCG (humane choriongonadotrofine) aan. In een vroeg stadium van de zwangerschap neemt de hoeveelheid hCG in het lichaam toe. Clearblue® kan zeer kleine concentraties van dit hormoon in de urine detecteren (de gevoeligheid van deze test is 25 mU/ml). Op basis van de hCG-concentratie in uw urine geeft de wakenindicator een schatting van de tijd die is verstreken sinds de bevruchting.

2 Hoe nauwkeurig is de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest bij het vaststellen van een zwangerschap? Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest met meer dan 99% nauwkeurigheid kan vaststellen of u wel of niet zwanger bent, mits de test wordt gebruikt vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen. Als u de test gebruikt voordat uw menstruatie zou moeten beginnen en het resultaat is 'Niet Zwanger', dan bestaat er een kans dat u toch zwanger bent. *Ga na naar vraag 4.*

3 Hoe nauwkeurig is de wakenindicator van de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest? De wakenindicator is 93% nauwkeurig in het vaststellen van de tijd die is verstreken sinds de bevruchting. De schatting wordt gebaseerd op de hCG-concentratie in uw urine. De hCG-concentratie is voor elke vrouw verschillend. Het is dan ook mogelijk dat de wakenindicator soms een verkeerde uitslag geeft. Het is aangetoond dat de wakenindicator een overeenkomst van 97% geeft met latere echo-onderzoeken (11-13 weken). Dit is op basis van een onderzoek bij 187 vrouwen waarbij de resultaten (1-2, -2, 3+/- weken sinds de bevruchting) worden vergeleken met echo-onderzoek. Als u de test meer dan 6 weken na de bevruchting uitvoert, kan de wakenindicator een onverwachte uitslag geven. De hCG-concentratie in de urine is dan zo hoog dat de test geen nauwkeurige schatting meer kan geven van de verstreken tijd sinds de bevruchting.

4 Wanneer kan ik testen met de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest? De Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest kan op zijn vroegst 4 dagen voor de dag waarop de menstruatie zou moeten beginnen, worden gebruikt. Als u de test gebruikt voordat uw menstruatie zou moeten beginnen en het resultaat is 'Niet Zwanger', dan bestaat er een kans dat u toch zwanger bent. Zie de onderstaande tabel voor de resultaten van klinisch onderzoek met de Clearblue® DIGITAL zwangerschapstest in een vroeg stadium van de zwangerschap.

Vroeg testen				
Aantal dagen voordat de menstruatie zou moeten beginnen	-1	-2	-3	-4
% zwangere vrouwen met de uitslag 'Zwanger'	98%	97%	90%	65%

Als de uitslag 'Niet zwanger' is en u vermoedt dat u toch zwanger bent, *gaat u naar vraag 13.*

Om erachter te komen wanneer uw menstruatie zou moeten beginnen, berekent u uw gebruikelijke cyclus door het aantal dagen te tellen vanaf de eerste dag van uw menstruatie tot en met de dag voorafgaand aan uw volgende menstruatie.

- Als u een onregelmatige cyclus hebt, moet u uitgaan van de langste cyclus in de laatste maanden voor de test.
- Als u niet weet wanneer uw menstruatie zou

moeten beginnen, raden we u aan de test op zijn vroegst 19 dagen na de laatste keer dat u onbeschermde seks hebt gehad, uit te voeren.

5 Kunnen medicijnen of gezondheidsproblemen de uitslag beïnvloeden?

- Lees voordat u de test gaat uitvoeren altijd de bijsluiter van de medicijnen die u gebruikt.
- Vruchtbaarheidspreparaten die hCG bevatten, kunnen een onjuiste uitslag geven. Deze vruchtbaarheidspreparaten worden gewoonlijk geïnjecteerd en kunnen de uitslag 'Zwanger' geven als u de test direct na toediening uitvoert.
- Andere vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals met clomifencitraat), pijnstillers en hormonale anticonceptie (zoals de anticonceptiepil) zijn niet van invloed op de uitslag.
- Als u onlangs bent gestopt met hormonale anticonceptie of een vruchtbaarheidsbehandeling met bijvoorbeeld clomifencitraat ondergaat, kan uw cyclus onregelmatig zijn, waardoor u de test wellicht te vroeg uitvoert.
- Als u onlangs zwanger bent geweest (zelfs als de zwangerschap niet is voldragen), kan onterecht de uitslag 'Zwanger' worden weergegeven.
- Als u bijna in de menopauze bent, kunt u ook een positieve uitslag krijgen terwijl u niet zwanger bent.
- Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en eierstokcystramen kunnen een verkeerde uitslag opleveren.
- Bij meervelingzwangerschappen en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen kan de wakenindicator een verkeerde uitslag geven.

Als u een onverwachte uitslag krijgt, bespreek u deze met uw huisarts.

6 Ik heb de test gedaan, maar er is geen wachtsymbool verschenen. Wat betekent dit? De test heeft niet goed gewerkt. *Ga naar 'Testfouten'.*

7 Ik heb de test gedaan, maar er is geen uitslag verschenen in het venster. Wat betekent dit? De uitslag moet binnen 3 minuten in het venster verschijnen. Als er geen uitslag verschijnt, *gaat u naar 'Testfouten'.*

8 Volgens de test ben ik zwanger. Wat moet ik doen? Als de uitslag 'Zwanger' is, maakt u een afspraak met uw huisarts. Hij of zij kan u vertellen wat u vervolgens moet doen. De wakenindicator geeft slechts een schatting van de datum waarop de bevruchting heeft plaatsgevonden. Uw huisarts doet een schatting van het stadium van uw zwangerschap op basis van de eerste dag van uw laatste menstruatie. Een bevruchting treedt ongeveer twee weken voordat de menstruatie zou moeten beginnen op.

9 Volgens de test ben ik zwanger, maar ik denk dat de bevruchting op een ander moment heeft plaatsgevonden dan de wakenindicator aangeeft. Is dit mogelijk? De wakenindicator is 93% nauwkeurig als u de test met de eerste urine van de dag uitvoert. Sommige medicijnen of gezondheidsproblemen kunnen de uitslag beïnvloeden. *Ga naar vraag 5.*

10 Ik heb gisteren de test gedaan en de uitslag was 'Zwanger'. Vandaag heb ik de test opnieuw gedaan en de wakenindicator geeft nu een lager aantal weken sinds de bevruchting aan. Wat moet ik doen? Tijdens de stijging van de hCG-concentratie schommelen de hormoonwaarden, waardoor de wakenindicator op achtereenvolgende dagen onverwachte uitslagen kan geven. Voer de test over 5 dagen opnieuw uit. Als de wakenindicator dan nog steeds een lager aantal weken sinds de bevruchting aangeeft, *gaat u naar vraag 12.*

11 Ik heb eerder de uitslag 'Zwanger', maar ik heb opnieuw getest en kreeg nu de uitslag 'Niet zwanger', of mijn menstruatie is begonnen. Wat betekent dit? Hoeveel de zwangerschapstest meer dan 99% nauwkeurig is in het detecteren van het zwangerschapshormoon vanaf de dag dat de menstruatie zou moeten beginnen, is het mogelijk de uitslag 'Zwanger' te krijgen en later te ontdekken dat u toch niet zwanger bent (oftewel u krijgt later de uitslag 'Niet zwanger', of uw menstruatie begint). Dit kan komen door een natuurlijk verlies tijdens de eerste zwangerschapstada, ook wel 'vroeg zwangerschapsverlies' genoemd, wat helaas niet ongewoon is, aangezien één op vier zwangerschappen eindigen in een vroeg zwangerschapsverlies. Als u toch onverwachte resultaten krijgt, gaat u naar uw huisarts voor advies.

12 Ik heb een week geleden de test gedaan en de uitslag was 'Zwanger'. Ik heb de test opnieuw gedaan en de wakenindicator geeft nu een lager aantal weken sinds de bevruchting aan. Wat moet ik doen? Als u de test beide keren volgens de aanwijzingen en met de eerste urine van de dag hebt uitgevoerd, en de wakenindicator gaf onverwachte resultaten, neemt u contact op met uw huisarts.

13 Volgens de test ben ik niet zwanger. Wat moet ik doen? Het kan zijn dat u niet zwanger bent, dat de hoeveelheid zwangerschapshormoon nog te laag is voor een goede meting of dat u de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen, verkeerd hebt berekend.

- Als u de test in een vroeg stadium hebt uitgevoerd, kunt u deze het beste herhalen vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen.
- Als u al over tijd bent, kunt u de test het beste over 3 dagen herhalen. Als deze test opnieuw de uitslag 'Niet zwanger' oplevert en uw menstruatie nog steeds niet is begonnen, neemt u contact op met uw huisarts.

TESTFOUTEN

Fuutsymbool - tijdens de test is een fout opgetreden. Het volgende kan zijn gebeurd:

- De absorberende teststrip is niet naar beneden gehouden of het teststaafje is niet plat neergelegd na het aanbrengen van de urine.
- Er is te veel of te weinig urine gebruikt. Herhaal de test met een nieuw teststaafje en volg de aanwijzingen daarbij nauwkeurig op.

Leeg venster - De test heeft niet gewerkt zoals verwacht. Dit kan zijn omdat de instructies voor het gebruik niet zijn opgevolgd. U zult nog een test moeten uitvoeren. Volg de instructies voor gebruik zorgvuldig op.

UW TEST WEGGOOIEN

Verwijder de batterij voordat u het teststaafje weggooit. Het afvoeren van de batterij moet gebeuren in overeenstemming met de juiste procedure voor recycling. Verwijder de batterij door een munt in de sleuf aan het einde te steken en deze te draaien om de achterzijde van het teststaafje te openen. Als de batterij niet zichtbaar is, schuift u de batterijhoes in de richting van de pijl om verwijdering mogelijk te maken. **Let op:** batterijen niet demontaren, niet opnieuw opladen en niet in vuur werpen. Voer de resterende delen van het teststaafje af conform de juiste procedure voor recycling van elektrische apparatuur. Gooi elektrische apparatuur nooit in vuur.

Dit apparaat voldoet aan norm EN61326 voor elektromagnetische emissie. Dit houdt in dat het niveau van de elektromagnetische emissie laag is. Interferentie van andere elektrische apparaten is daarom niet waarschijnlijk. Gebruik deze test niet in de buurt van bronnen met sterke elektromagnetische straling, zoals mobiele telefoons, aangezien deze de test kunnen verstoren. Om elektrostatische ontleding te voorkomen, moet u de test niet in een extreem droge omgeving gebruiken, vooral niet wanneer synthetisch materiaal aanwezig is. Zwangerschapstest voor thuisgebruik. Enkel voor *in vitro* diagnostisch gebruik. Niet voor inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Als u het product in de koelkast bewaart, moet u het vóór gebruik gedurende 30 minuten op kamertemperatuur laten komen. Gebruik de test niet als de folieverpakking van het teststaafje is beschadigd. Gebruik de test niet als de uiterste gebruiksdatum van het teststaafje is verlopen. Dit product bevat batterijen. Gooi het product weg in overeenstemming met de plaatselijke afvalsoortenverordening. Deze instructies gelden voor modelnummer CB9A006F.

IVD	LOT	Batchcode	Niet hergebruiken
Temperatuurgrens 2°C - 30°C (36°F - 86°F)	Uiterste gebruiksdatum	Fabrikant	

www.clearblue.com

Onze advieslijn zijn aanwezig van ma t/m vrij van 8-16 uur, behalve op feestdagen.

0800 394 9031

Gratis vanaf het telefoonnetwerk, uw mobiele provider kan kosten in rekening brengen. Alle telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen niet op de kwaliteitscontrole afgeleverd worden. Houd het [LOT]-nummer van de verpakking goed. Als onze Nederlandstalige medewerker niet beschikbaar is, helpt ons Engelstalige team u graag verder.